



CS系列 电热鼓风干燥箱



重庆四达试验设备有限公司
Chongqing SD Experiment Instrument Co., Ltd



CS系列-电热鼓风干燥箱

|执行标准| JB/T5520-91 干燥箱技术条件

|用途| 适用于电工、电子、仪表、材料、医药等科研、生产单位,主要用于物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温及其它温度试验。

|特点| 干燥箱内胆为不锈钢,采用氩弧焊接工艺制造。硅橡胶密封条和机械锁紧装置能有效地密封测试室。干燥箱外壳由冷轧钢板制造,双面静电环氧聚酯粉末喷涂180℃固化。采用离心玻璃棉毡填充试验箱外壳与测试室之间的空隙,以达到最低的热损耗。

客户可根据需要调整样品架高度,从而更有效地利用空间。

强制对流风道结构形式,风道位于箱内下侧,控制柜位于箱体底部。

|安全| 具有独立超温保护,确保运行安全。

CS系列-电热鼓风干燥箱技术规格表

类型	CS	1EB	2EB	3EB
容积	L	72	140	240
工作室深	mm	400	500	600
工作室宽	mm	450	550	650
工作室高	mm	400	500	600
外形深	mm	580	680	780
外形宽	mm	610	710	810
外形高	mm	900	1020	1180
温度性能参数				
最高温度	℃	300		
最低温度	℃	室温+20		
升温时间	min	室温→300℃≤90min;		
温度波动度	℃	≤±0.5		
温度均匀度	℃	≤±2.5%		
控制器	采用上海亚泰YL3000系列温度控制器,数显温度控制,具有PID自整定功能			
加热器类型	镍铬加热丝			
电源要求	AC	220V		
总功率	kW	1.8	2.7	3.6
噪音	dB(A)	68	68	68
总重	kg	50	70	90

命名方式 CS101 2 EB

E: E系列,普通内胆; EB: E系列,不锈钢内胆
1, 2, 3: 工作室容积,取整
CS101: 电热鼓风干燥箱系列

重庆四达试验设备有限公司

Chongqing SD Experiment Instrument Co., Ltd

地址: 重庆市北部新区汇金路8号

电话: 023-67463411 / 传真: 023-67463419 / 网址: [Http://www.cqsdei.com](http://www.cqsdei.com)

邮箱: business@cqsdei.com